

Clearblue

Schwangerschaftstest

Mit Wochenbestimmung

DIGITAL

- Sie können diesen Schwangerschaftstest jederzeit durchführen, wenn Sie ihn ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode verwenden.
- Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen wollen, dann sollten Sie Ihren Morgenurin verwenden.
- Für ein genaues Ergebnis der Wochenbestimmung müssen Sie mit Ihrem Morgenurin testen.
- Vermeiden Sie vor dem Test übermäßig viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.

1 Durchführen des Tests

Wenn Sie für den Test bereit sind, nehmen Sie das Teststäbchen aus der Schutzfolie und ziehen Sie die blaue Kappe ab. Verwenden Sie das Teststäbchen sofort.

ENTWEDER - Sie führen den Test direkt mit dem Urinstrahl durch.

- Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Testspitze **für 5 Sekunden (nicht länger)** nach unten zeigend **in Ihren Urinstrahl**.
- Achten Sie darauf, dass der übrige Teil des Teststäbchens dabei nicht nass wird.
- Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen und den Test auf eine flache Unterlage legen.



ODER Sie fangen eine Urinprobe in einem trockenen und sauberen Behälter auf.

- Halten Sie die saugfähige Testspitze nach unten und tauchen Sie diese, wie gezeigt, **für 20 Sekunden (nicht länger)** in die Urinprobe ein.
- Sie können die Schutzkappe wieder aufsetzen und den Test auf eine flache Unterlage legen.



2 Bitte warten Sie ...

- Im Display beginnt das Symbol "Warten" zu blinken und zeigt so an, dass der Test ausgewertet wird.
- Wenn das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, erscheint Ihr Ergebnis. Sollte das Symbol „Warten“ nach der Durchführung des Tests nicht erscheinen, *finden Sie unter Frage 6* im Abschnitt Fragen und Antworten weitere Informationen.



Halten Sie den Test während der gesamten Durchführung niemals mit der Testspitze nach oben.

3 Lesen Sie Ihr Ergebnis ab

Der Clearblue Digital Schwangerschaftstest zeigt mit der Wochenbestimmung eine ungefähre Anzahl an Wochen an, die seit der Empfängnis vergangen sind. Diese Information wird Ihnen zusammen mit dem Ergebnis „Schwanger“ auf dem Display angezeigt.

- Innerhalb von **3 Minuten** wird Ihr Ergebnis im Display angezeigt.
- Manchmal wird das Ergebnis „Schwanger“ auf dem Display angezeigt, **bevor** das Ergebnis der Wochenbestimmung erscheint. **Warten Sie solange**, bis das Symbol „Warten“ nicht mehr blinkt, um das Ergebnis der Wochenbestimmung abzulesen. Dies kann bis zu 3 Minuten dauern.
- Manche Ergebnisse werden schon nach 1 Minute angezeigt.
- Ihr Ergebnis bleibt für ca. 24 Stunden auf dem Bildschirm ablesbar.
- Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, sollten Sie einen Termin mit Ihrem Arzt vereinbaren, der Sie hinsichtlich der nächsten Schritte beraten wird. Ihr Arzt wird das Stadium der Schwangerschaft anhand des ersten Tages Ihrer letzten Periode berechnen.
- Etwa 2 Wochen vor dem Fälligkeitstag Ihrer nächsten Periode findet die Empfängnis statt. Die Wochenbestimmung zeigt Ihnen die ungefähre Anzahl der seit Ihrer Empfängnis vergangenen Wochen.
- Die Wochenbestimmung erfolgt mit einer Zuverlässigkeit von 92%*. Die Angabe basiert auf der Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin) in Ihrem Urin. Die Konzentration des

hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung gelegentlich irreführende Ergebnisse anzeigen. Wenn ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode getestet wird, liegt die Zuverlässigkeit des Ergebnisses „Schwanger“/ „Nicht Schwanger“ bei über 99%**.

Testfehler

Wenn Sie den Test verwendet haben und auf der Anzeige erscheint keines der auf dieser Seite gezeigten Ergebnisse, dann lesen Sie bitte den Abschnitt über „Testfehler“ durch.

So lesen Sie das Ergebnis richtig ab

Ergebnisse	Seit Empfängnis verstrichene Zeit	So datiert Ihr Arzt Ihre Schwangerschaft (ausgehend von einem 28 Tage-Zyklus)**
	Ihr Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“ Siehe Frage 12 in den Fragen und Antworten.	-
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor etwa 1 – 2 Wochen statt.	3 - 4 Wochen
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor etwa 2 – 3 Wochen statt.	4 - 5 Wochen
	Ihr Ergebnis lautet „Schwanger“ und die Empfängnis fand vor mehr als 3 Wochen statt.	5+ Wochen

**Ihr Arzt datiert Ihre Schwangerschaft ab dem ersten Tag Ihrer letzten Periode, nicht ab dem Zeitpunkt Ihrer Empfängnis.

FRAGEN & ANTWORTEN

1 Wie funktioniert der Clearblue Digital Schwangerschaftstest? Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration in Ihrem Körper erhöht sich im Frühstadium der Schwangerschaft. Clearblue kann kleinste Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/mL). Ausgehend von der Konzentration des hCG in Ihrem Urin liefert die Wochenbestimmung eine Schätzung für den Zeitpunkt Ihrer Empfängnis.

2 Wie zuverlässig ist der Clearblue Digital Schwangerschaftstest? Laut Laboratorien zeigt der Clearblue Digital Schwangerschaftstest mit einer Zuverlässigkeit von 99% an, ob Sie schwanger sind oder nicht, wenn Sie den Test ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen. Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen und das Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Siehe Frage 4.

3 Wie genau ist die Wochenbestimmung des Clearblue Digital Schwangerschaftstests? Die Wochenbestimmung erfolgt mit einer Genauigkeit von 92%. Die Angabe basiert auf der hCG-Konzentration in Ihrem Urin. Die Konzentration des hCG variiert von Frau zu Frau. Daher kann die Wochenbestimmung im Einzelfall unzutreffende Ergebnisse anzeigen. Wenn Sie den Test mehr als 6 Wochen nach der Empfängnis durchführen, kann die Empfängnisanzeige unerwartete Ergebnisse anzeigen. Dies liegt daran, dass die hCG-Konzentration in Ihrem Urin zu hoch ist, um eine genaue Bestimmung der vergangenen Zeit seit Ihrer Empfängnis vorzunehmen.

4 Ab wann kann ich den Clearblue Digital Schwangerschaftstest verwenden? Ein Test mit Clearblue Digital kann bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchgeführt werden. Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchführen und das Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Sie schwanger sind. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse klinischer Tests mit Clearblue Digital und Urinproben aus der Frühschwangerschaft.

Früh testen
Clearblue empfiehlt Ihnen, den Test erst ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode durchzuführen. Die Konzentration des Schwangerschaftshormons steigt in der Frühschwangerschaft rapide an. Clearblue Digital kann bereits bis zu 4 Tage vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode verwendet werden. Klinische Tests mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft und mit Clearblue Digital ergaben folgende Ergebnisse:

Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode	- 1	- 2	- 3	- 4
% der Proben von schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ ergaben	98%	97%	86%	55%

Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie trotzdem eine Schwangerschaft vermuten, finden Sie unter Frage 12 weitere Informationen.

Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag einer Periode bis zum Tag vor Beginn der nächsten Periode zählen.

- Wenn Sie unregelmäßige Zyklen haben, sollten Sie die längste Zykluslänge der letzten Monate abwarten bevor Sie testen.
- Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre nächste Periode einsetzen sollte, empfehlen wir, den Test frühestens 9 Tage nach Ihrem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchzuführen.

5 Können Erkrankungen oder die Einnahme von Arzneimitteln das Ergebnis beeinflussen?

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen der einzunehmenden Arzneimittel sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.
- Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis beeinträchtigen (dieses Arzneimittel werden normalerweise injiziert; wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind).
- Andere fruchtbarkeitsregulierende Behandlungen (wie etwa Clomiphene), Schmerzmittel oder hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Pille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
- Wenn Sie vor Kurzem ein hormonelles Verhütungsmittel abgesetzt haben oder eine fruchtbarkeitsregulierende Behandlung wie Clomiphene durchgeführt haben, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein. Dadurch könnten Sie den Test möglicherweise zu früh durchführen.
- Wenn Sie erst vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ erscheint, obwohl Sie nicht schwanger sind.
- Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. In einer Studie nicht schwangerer Frauen kurz vor oder in den Wechseljahren, die mit verschiedenen Chargen von Clearblue getestet wurden, zeigten durchschnittlich 0,2% das Ergebnis „Schwanger“ in einem Bereich von 0% bis 0,5% für verschiedene Chargen. Alle falschen Ergebnisse wurden bei Frauen über 50 Jahren ermittelt.
- Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter (z. B. im Eileiter) und Zysten an Eierstöcken können das Testergebnis verfälschen.
- Multiple Schwangerschaften und Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter (z. B. im Eileiter) können die Wochenbestimmung verfälschen.
- Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, können Sie eventuell später herausfinden, dass Sie nicht schwanger sind, weil die Schwangerschaft auf natürliche Weise beendet wurde. Dies kann in der Frühschwangerschaft passieren. Unter diesen Umständen zeigt die Wochenbestimmung möglicherweise ein unerwartetes Ergebnis an.

Wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis erhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

6 Ich habe den Test durchgeführt, aber das Symbol „Warten“ ist nicht erschienen. Was bedeutet das? Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Testfehler“.

7 Ich habe den Test durchgeführt, aber das Display zeigt kein Ergebnis an. Was bedeutet das? Ihr Ergebnis sollte innerhalb von 3 Minuten angezeigt werden. Wenn kein Ergebnis erscheint, dann finden Sie weitere Informationen im Abschnitt „Testfehler“.

8 Was tue ich, wenn der Test angezeigt hat, dass ich schwanger bin? Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, der Sie hinsichtlich der nächsten Schritte berät. Die Wochenbestimmung ermittelt nur eine ungefähre Anzahl an Wochen seit Ihrer Empfängnis. Ihr Arzt wird Ihre Schwangerschaftswoche auf Basis des ersten Tages Ihrer letzten Periode bestimmen. Die Empfängnis findet etwa 2 Wochen vor dem Fälligkeitstag Ihrer nächsten Periode statt.

9 Der Test zeigt an, dass ich schwanger bin, aber ich glaube nicht, dass die Empfängnis zu dem Zeitpunkt stattfand, den die Wochenbestimmung angezeigt. Ist dies möglich? Die Wochenbestimmung ist 92%¹ genau, wenn der Test mit Morgenurin durchgeführt wird. Einige Arzneimittel oder Erkrankungen können das Ergebnis beeinflussen. Siehe auch Frage 5.

10 Ich habe gestern getestet und das Ergebnis war „Schwanger“. Heute habe ich wieder getestet und die Wochenbestimmung zeigt eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was soll ich tun? Die hCG-Konzentration steigt schwankend an. Daher ist es möglich, dass Ihnen die Wochenbestimmung bei einem Test an aufeinanderfolgenden Tagen unerwartete Ergebnisse anzeigt. Testen Sie nach 5 Tagen erneut. Wenn die Wochenbestimmung dann immer noch eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis anzeigt, finden Sie unter Frage 11 weitere Informationen.

11 Ich habe vor einer Woche getestet und das Ergebnis war „Schwanger“. Ich habe nochmals getestet und die Wochenbestimmung zeigt eine geringere Anzahl von Wochen seit der Empfängnis an. Was soll ich tun? Wenn Sie beide Male gemäß den Anwendungshinweisen und mit Ihrem Morgenurin getestet haben und die Wochenbestimmung unerwartete Ergebnisse anzeigt, dann sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

12 Der Test hat ergeben, dass ich nicht schwanger bin. Was soll ich tun? Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug oder Sie haben sich beim Fälligkeitstag Ihrer Periode verrechnet.

- Wenn Sie früh getestet haben, testen Sie nochmals, wenn Ihre Periode fällig ist.
- Wenn Ihre Periode überallig ist, testen Sie nach 3 Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

TESTFEHLER

Fehlersymbol „Buch“ – Während des Tests ist ein Fehler aufgetreten. Es kann sein, dass:

- Die saugfähige Testspitze nicht nach unten gehalten wurde und sich über den Urinbehalter des Aufsaugens des Urins nicht auf einer flachen Unterlage lag.
- Zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde.
- Sie sollten den Test mit einem neuen Teststäbchen unter genauer Beachtung der Anwendungshinweise durchführen.

Fehler: leeres Display – Sollte das Display nach der Durchführung des Tests leer sein, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Clearblue Beratungsservice.

ENTSORGUNG DES TESTS

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Teststäbchens die Batterie. Entsorgen Sie die Batterie gemäß der gültigen Recycling-Vorgaben. Zur Entnahme der Batterie eine Münze in den Schlitz am Ende des Tests einsetzen und zum Aufbrechen der Rückseite des Teststäbchens drehen. Sollte die Batterie nicht sichtbar sein, dann lassen Sie die Batteriehalter aus dem Teststäbchen in Richtung des gezeigten Pfeils gleiten, um so die Entnahme zu erleichtern. **Vorsicht:** Die Batterien nicht auseinanderbauen, erneut aufladen oder zur Entsorgung verbrennen.

¹SPD Development Company Ltd, Bedford, England, April 2008.
²SPD Development Company Ltd, Bedford, England, März 2008.

CE 0843
Dieses Produkt erfüllt bezüglich elektromagnetischer Strahlung die Anforderungen der Richtlinie EN61326. Die elektromagnetische Strahlung dieses Produkts ist entsprechend niedrig. Eine Störung durch einen anderen, elektrisch betriebenen Ausrüstungsgegenstand ist nicht zu erwarten. Dieser Test sollte nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Strahlung, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, verwendet werden, da diese die korrekte Funktion des Tests beeinflussen können. Zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen sollten Sie den Test nicht in einer sehr trockenen Umgebung, insbesondere in Anwesenheit von synthetischen Materialien, verwenden.
Für die Verwendung zu Hause. Nicht zur internen Verwendung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folie des Teststäbchens beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum oder das Ablaufdatum abgelaufen ist. Dieses Produkt ist mit einer Batterie ausgestattet. Dieses Produkt ist gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen. Diese Gebrauchsanweisung gilt für die Modellnummer 506973.

Barungs-service
Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00–16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.
DE 08005 894 015# AT 0820 001 148##
#Anrufe sind kostenlos. ##Anrufrufen werden zum Normaltarif berechnet und können je nach Telefonanbieter variieren. Bitte halten Sie die Chargennummer (001) bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Switzerland.
Clearblue ist eine Marke.

IVD In Vitro diagnostisches Medizinprodukt	LOT	Chargen-Code	Nicht wiederverwenden
Temperaturbegrenzung 2 °C - 30 °C		Verwenden bis	Hersteller